ASPİRASYON SONDA SİSTEMİ BAĞLANTI HORTUMU VE TORBA DAHİL

1. Torbalar disposable esnek, plastik, şeffaf olmalıdır.
2. İhaleyi alan firma hastanenin ihtiyacına göre (1000, 1500 ve 2000 ml) istenen hacimden istenen torba miktarı kadar (aynı marka olmak üzere) teslim edebilmelidir.
3. Torbalar valfli olmalı ve torba dolduğunda akım kesilmelidir. Valf sistemi sıvıyı geçirmeyen özellikte olmalıdır.
4. Torbada bakteri tutma özelliğine sahip filtre sistemi olmalıdır. Bununla ilgili gerekli dökümanlar ilgili birimlere verilmelidir.
5. Merkezi aspirasyon sistemi emiş basıncıyla toplayıcı sistemdeki emiş basıncının aynı olması gerekmektedir.
6. Torbalar dikişsiz ve yekpare veya lazer baskı olmalıdır. Torba üzerinde kullanım kolaylığı açısından 2 adetten fazla port bulunmamalıdır.
7. Torbalar sıvı ile dolu iken kaza ile düşürüldüğünde veya devrildiğinde parçalanmaz, akıtmaz ve sızdırmaz özellikte olmalıdır. Torbanın et payı kalın olmalıdır.
8. Torba dolduktan sonra kapatmak için kapama tüpü olmalıdır.
9. Torbada köpük önleyici veya jelleştirici ajan olmalıdır.
10. Kendisine uyumlu kanistere yerleştiğinde vakum uygulandığında kanisterin şeklini almalıdır. Kanisterler sterilizasyon için buhar otoklavına dayanıklı olmalıdır.
11. Hastaya uygulama linki PVC olmalı ve uzunluğu en az 1.8 m olmalı, ucunda vakum kontrollü finger bulunmalıdır.
12. Aspiratör sistemini kuran firma hastanemiz teknik servisinden bir eleman denetiminde kurma işlemini yapmalıdır. İhale sonucu sistemi kuracak olan firma duvar montajı için mevcut malzemeleri temin etmek zorundadır.
13. Montaj malzemeleri paslanmaz krom, nikel veya plastik olmalıdır.
14. Bulaşıcı hastalık taşıyan hastalarda kullanılmak üzere alınan miktarın %25' i kadar 2000 ml hacminde dezenfektanlı torba verilmelidir. (Dezenfektan, torba içinde kapsül olarak bulunmalı, torba kullanılacağı zaman kapsül açılarak ve / veya madde komple çıkartılarak kullanılmalıdır.)
15. Enfeksiyon kontrolü sağlanması amacıyla torbalarla birlikte %10'u kadar sıvı jelleştirici ajan verilmelidir.
16. Hastane idaresinin isteğine göre firma gerektikçe yedek malzeme getirmelidir.
17. İhaleyi alan firma torba miktarı kadar aspiratör bağlantı hortumunu hastaneye bedelsiz vermelidir.
18. İhaleyi alan firma gerekli teknik donanımı sağlamak zorundadır.
19. Numune değerlendirilecektir.
20. Kurum yüklenicinin sözleşmesi sona ermiş olsa bile, malzemenin raf ömrünün bitimine üç ay kala bildirmek şartıyla iade eder. Yüklenici tarafından uygun miadlı ürünler, en geç 15 gün içinde değiştirilmelidir. Malzeme kurum stoğunda bitene kadar yüklenicinin sorumluluğu devam eder.

21. İsteklinin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası' na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbı cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
22. İstekliler ihalede teklif ettikleri malzemelerin Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylandığını gösteren barkod numaralarını teklif mektuplarında, irsaliyede ve faturalarında da malzemelerin isimleriyle birlikte liste halinde belirteceklerdir.

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hast.
Leyla GÜNGÖR
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hast
Uzm. Dr. Ercan KAYA
Dip. Tes. No. 148211
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

T.C. Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	ENTERAL BESLENME POMPA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
KOD	IMI.F.003

1. 1000 cc kapasiteli olmalıdır.
2. Beslenme ürününün olduğu torbanın kapağı olmalıdır.
3. Kolay dolum ve kullanıma elverişli sert boyuna sahip olmalıdır.
4. Sağlam ve güvenilir asma halkası olmalıdır.
5. Torba üzerinde kolay okunabilir değerler olmalıdır.
6. Set tüm nazogastrik, Perkütan endoskopik gastrostomi ve jejunostomi kullanımına uygun bağlantı yeri içermelidir.
7. Set pompadan ayrıldığından serbest akışı engelleyecek güvenlik valfi olmalıdır.
8. Ürünün gittiğinin gözle görülmesini sağlayan damlama haznesi olmalıdır.
9. Damlama haznesinin pompaya yerleştirilmesinde kolaylık sağlayan tutma yeri olmalıdır.
10. Set büküldüğünde eski halini alacak şekilde olmalıdır.
11. Setin alt yolunda koruyucu kapak olmalıdır.
12. Setlerle birlikte her 75 (yetmiş beş) sete 1 (bir) adet setlere uyumlu pompa firma tarafından verilecek ve belirtilen birimlere kurularak gerekli olan eğitim en kısa sürede tamamlanacaktır.
13. Cihazlarda meydana gelen arıza durumlarında en fazla 2 saat içinde mobil destek sağlanmalı ve sistem çalışır hale getirilmelidir.
14. Cihaz arıza yaptığında verilecek olan servis hizmeti ücretsiz olmalıdır.
15. Cihaz en az 2 yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır.
16. Numune değerlendirilecektir.
17. Yükleniciler, şartname dökümanında yer alan 'Genel Hükümler' başlıklı içerikte yer alan maddelerin ilgili ürünlerin teslimi, muayene kabulü ve ilgili ürünler kurum stoğunda bitene kadar geçen süre boyunca uymayı taahhüt ederler.

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hast.
Leyla GÜNGÖR
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hast.
Uzm. Dr. Ercan KAYA
Dip. Tes. No: 148211
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

KOTER KALEMİ VE UCU

1. Disposable olmalıdır.
2. Kablosunda herhangi bir açıklık veya delik olmamalıdır.
3. Koter ucunun üzerinde kesici ve pıhtılaşmayı sağlayan düğmeleri ayrı olmalıdır.
4. Kablosu elektrik iletiminden etkilenmemelidir.
5. Elle kontrol edilebilir özellikte olmalıdır.
6. Düğmeler tutukluk yapmamalıdır.
7. İnce uç ve kalın uç seçenekleri bulunmalıdır.
8. Numune değerlendirilecektir.
9. Üzerinde üretici firmanın adı ve açık adresi yazılı olmalıdır.
10. İmalat tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
11. Ambalajı açılmamış ve tahriş olmamış olmalıdır. Ayrıca açma sırasında sterilizasyonu bozmayacak şekilde paketlenmiş olmalı ve paketin kolay açılabilir olması gerekmektedir.
12. Koter ucu kolaylıkla eğilip bükülmeyecek özellikte olmalıdır.
13. Her koter kalemi için 1 adet zımpara verilecektir.
14. Kurum yüklenicinin sözleşmesi sona ermiş olsa bile, malzemenin raf ömrünün bitimine üç ay kala bildirmek şartıyla iade eder. Yüklenici tarafından uygun miadlı ürünler, en geç 15 gün içinde değiştirilmelidir. Malzeme kurum stoğunda bitene kadar yüklenicinin sorumluluğu devam eder.
15. İstekliler ihalede teklif ettikleri malzemelerin Sağlık Bakanlığı Bilgi-Bankası tarafından onayladığını gösteren barkod numaralarını teklif mektuplarında, irsaliyede ve faturalarında da malzemelerin isimleriyle birlikte liste halinde belirteceklerdir.
16. İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası' na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

Ayşe ZAVRAK SA...
Hemşire
Sic. No: ...

MESH-POLİPROPİLEN

1. Polipropilen monofilamentten yapılmış olmalıdır, doku reaksiyonunu azaltmak için hafif polipropilen ihtiva etmelidir.
2. Por genişliği en az 2 mm olmalıdır.
3. Ortalama filaman kalınlığı en az 0,07 mm polipropilen olmalıdır.
4. Ağırlığı metrekare başına 45 ±1 gr olmalıdır.
5. Paralel flex monofilament yapılı olmalıdır.
6. Kullanıma hazır olmalıdır.
7. Esnek ve kullanımı rahat olmalıdır.
8. Kenarları lazer kesikli olmalıdır.
9. Ebatları 6 x 11 (±1) cm - 8 x 15 (±2) - 15 x 20 - 15 x 15 - 20 x 30 (±5) - 30 x 30 cm olmalı. laparoskopik kullanıma uygun olmalıdır.
10. Orijinal ambalajında steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
11. Numune değerlendirilecektir.
12. Kurum yüklenicinin sözleşmesi sona ermiş olsa bile, malzemenin raf ömrünün bitimine üç ay kala bildirmek şartıyla iade eder. Yüklenici tarafından uygun miadlı ürünler, en geç 15 gün içinde değiştirilmelidir. Malzeme kurum stoğunda bitene kadar yüklenicinin sorumluluğu devam eder.
13. İstekliler ihalede teklif ettikleri malzemelerin Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onayladığını gösteren barkod numaralarını teklif mektuplarında, irsaliyede ve faturalarında da malzemelerin isimleriyle birlikte liste halinde belirteceklerdir.
14. İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası' na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

Ayşe ZAVRAK SA
Hemşire
Sic. No: H909

Op. Dr. Mehmet Seki

GENEL ŞARTLAR:

1- Teklif edilen ürünlere ait marka, ambalaj şekli ve ambalajdaki miktarları mutlaka teklifte belirtilecektir.

2- Steril olarak alınacak olan tıbbi malzemelerin gaz sterilizasyonunun yapıldığı tarih ve sterilizasyon şekli ambalaj üzerinde bulunacaktır.

3- Alınacak malzemeler fabrika üretimi itibari ile kullanım ömrü 2 yılın üzerinde olan ürünler için teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olacak; fabrika üretimi itibari ile kullanım ömürleri 2 yılın altında olan ürünler için teslim tarihi itibari ile en az 10 ay miatlı olacaktır.

4- Tıbbi malzemelerin üzerindeki etikette ismi, muhteviyatı, imal tarihi ve son kullanma tarihi yazılacaktır.

5- Tıbbi Malzemeler orijinal ambalajlarında olacak, malzeme bitimine kadar ambalaj içerisinden eksik ve bozuk çıkan miktarlar en geç bir ay içerisinde firma tarafından tamamlanacaktır.

6- Tıbbi Malzemelerin kesin kabulü yapıldıktan sonra (Kullanma süresi içinde) kullanılamaz olduğu tespit edildiğinde firma kendisine haber verilişinden itibaren en geç bir ay içerisinde malzemeyi değiştirecektir.

7- Tıbbi Malzemelerin miadının dolmasına üç ay kala (hastanemizce bildirilmek kaydı ile) firma on beş gün içerisinde yeni miatlı ürünlerle değiştirilecektir.

8- Firmalar sözleşme sırasında üzerine ihale edilen ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkod numarasını, LOT numarasını, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı numarasını, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk vs.) bu ürünlere ait UBB barkod numarasını da açıklama kısmına ekleyerek hazırlanan dosyayı/elektronik ortamda idareye sunmalıdır.

9- Teklif edilen malzemelerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını belgeleyecektir. Ayrıca tıbbi malzemeler İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden teklif edilen tıbbi malzemelerin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış barkod numarası, etiket ve marka adı birim fiyat teklif cetveli üzerinde veya teklif edilen kaleme göre ayrı bir liste halinde ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır.

10- Teklif edilen mal kalemleri içerisinde İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ve Ürün Takip Sistemi'ne kayıt zorunluluğu bulunan tıbbi malzemelerin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ve Ürün Takip Sistemine kayıtlı barkod numarası, lot numarası, etiket ve marka adı birim fiyat teklif cetveli üzerinde veya teklif edilen kaleme göre ayrı bir liste halinde ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır.

11- Teklif edilen mal kalemleri içerisinde İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu bulunan tıbbi malzemeler için ürünün barkod numarası ile GMND kodu girilerek yapılan sorgulamada malzeme "onaylı" olmalıdır. Tıbbi malzemelerin onaylı olduğuna dair alınan internet adresinden teşvik edici belge ihale sıra numarası belirtilerek ihale teklif zarfında sunulacaktır.

12- Teklif edilen mal kalemleri içerisinde İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu bulunmayan tıbbi malzemeler için istekli tarafından kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde malzemenin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduğuna dair belge aranmaz.

13- Teklif edilen mal kalemlerinin ilgili mevzuatı gereği kodlarının veya (ürünün) niteliğine ait tanımlamaların üretici, ithalatçı veya bayi tarafından hatalı yapılması veya sözleşme aşamasında ihale bildirim yazılımı kullanılarak dijital/elektronik ortamda hazırlanan dosyanın içeriğinin hatalı olması

(teklif aşamasında verilen fiyatın veya tıbbi malzemenin barkod numarasının) nedeniyle SGK tarafından geri ödemesinin yapılmaması sonucu oluşan toplam zarar firmadan tazmin edilir, sorun çözülünceye kadar ilgili faturaları ödenmez, faturanın zararı karşılamaması halinde firmanın diğer alacaklarından tahsil edilir.

14- Alınacak olan tıbbi sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından ambar teslimi olarak verilecektir.

15- İdari ve Teknik Şartnamede bulunmayan hükümler için Muayene ve Kabul işleri hakkındaki yönetmelik hükümleri uygulanır.

Coşkun POLATDEMİR
Eczacı
Kayıt Yetkilisi

Barış ABIK
Eczacı
Kayıt Yetkilisi